User Manual for

Portable Mesh Nebulizer

MD

Model No：Mesh-S600C



Content

English----------1~8

Deutsch----------9~16

Italiano----------17~24

Francés----------25~32

Español----------33~40

Content

1.catalogue----------1

2.Product Introduction and Important Safety Precautions----------2

3.Description of device and accessories----------3

4.Instructions and charging introduction----------4

5.Cleaning, maintenance and troubleshooting----------5

6.Description of after-sales service and symbols----------6

7.Product List Details ----------7

8.Product configuration and manufacturer information----------8

Product Introduction

This device utilizes state-of-the-art microporous ultrasonic atomizing mesh technology that sprays liquid medication into aerosol/vapor form and delivers it directly to the patient for inhalation. Both adult and pediatric patients suffer from asthma, Chronic Obstructive Pulmonary Disease(COPD) such as emphysema and chronic bronchitis, or other respiratory diseases that are characterized by obstruction to air flow or/and patients who are on and off ventilation or other positive pressure breathing assistance.

Important Safety Notes

1. Pure soluble liquid only. Please don't use purified water,oil,milk,or thick liquid.The atomization volume varies with the concentration of the liquid.

2. Clean the mesh plate after each use to avoid blockage. Note:Do not touch the mesh with your hand, brushes or any hard objects.

3. Do not rinse or immerse the nebulizer in any liquid.Any liquid spilled on or inside the nebulizer should be allowed to dry before operating.

4. Do not place the nebulizer on heated surface.

5. Do not turn on the nebulizer when the medicine container has no liquid.

Description of device and accessories



How to open the medicine Cup



Module
Use Instructions

Function

1. Three atomization modes: strong, medium and weak. Choose the modes by press the on/off button.

2. LED light indicator. The light turns yellow when the atomizer is charging; it turns blue when it completes charging and is ready to atomize; it turns green and red alternately when it is automatic cleaning.

3. Automatic cleaning. Press the on/off button for 5 seconds to start automatic cleaning.

4. 20 minutes timed shutdown.

5. Built-in lithium battery.

Usage

1. Preparing the Nebulizer

2. For reasons of hygiene, it is imperative that the nebulizer and accessories are cleaned and disinfected after every use.

3. If thetherapy requires that various different medicines be inhaled in succession, ensure that the medicine cup module is rinsed after every use.

Using the nebulizer

1. Open the medicine container, and fill the medicine container with an isotonic saline solution or medicine.Do not overfill. The maximum recommended fill amount is 10ml. Then close the medicine container lid.

2. Attach other parts like the mouthpiece and mask to the nebulizer based on your need.

3. Use mouthpiece: place the device to your month and close your lips firmly around the mouthpiece.

4. Use mask:place it over your nose and mouth.

5. Press on the ON/OFF button to choose your favorite working mode.For example, 5ml medicine will take about 15 minutes by the strong working mode, about 20 minutes by medium working mode and about 30 minutes by the weak mode.

6. Start the device using the ON/OFF button.

7. The spray mist coming from the device and the illuminated blue light shows that the device is working perfectly.

8. Press the ON/OFF button again if nebulizer turn off automatically after using 20 minutes.

Introduction to Charging

1. It is rechargeable via USB cable.

2. When plugged in, the yellow light will keep on, it turn green after the device is full charged.

3. The device can be used for about 80 minutes after full charged.

Cleaning and maintenance

1. Accessories: remove the mouthpiece and any accessories from the nebulizer, disinfected them by medical alcohol wipe or soak.

2. Nebulizer: add 6ml of clean water to the medicine container and switch on the device to start "automatic cleaning",removing any medicine residue from the mesh plate.

3. Clean the machine with soft, dry and clean towel.

4. Put the mesh plate cover back to the device after full cleaning, store all parts in a dry and cool place.

5. Recharge the device every two month to ensure longer battery life

Trouble Shooting

Problem	Possible Cause/Remedy
The nebulizer produces little or no aerosol	1. Insufficient medicine in the Nebulizer. 2. The nebulizer is not held in an upright position. 3. The medicine used is unsuitable for spaying (e.g. too thick, viscosity must be less than 3) 4. The indoor temperature is too low. Fill in 3-6 ml hot water (above 80°),then nebulize it completely, do not inhale this spray.
Output is too low	1. Power shortage. Recharge it. 2. There are air bubbles inside the medicine container which are preventing the medicine from coming into continuous contact with the mesh plate. Please check and remove any air bubbles. 3. Particles on the mesh are impeding output. To remove the particles, fill the nebulizer with 2 to 3 drops of vinegar and 3 to 6 ml of water, then nebulize this solution completely. Do not inhale this spray and ensure that you clean and disinfect the medicine container afterwards. 4. Mesh plate is worn out.

Which medicines are suitable for inhalation?	Only the doctor can advise you which medicine to use for your condition. Consult your physician. With the mesh nebulizer, you can atomize medicines with a viscosity lower than 3.
Some inhalation solution remains in the nebulizer	This is normal and occurs for technical reasons. Stop inhaling as soon as you can hear a difference sound from nebulizer, or when the device switches off automatically due to insufficient inhalant.
What special steps should be take for babies or children?	1. For baby, the mask should cover the mouth and nose to guarantee effective inhalation. 2. For children, the mask should also cover the mouth and nose. Note: Children should only use the device with help and under supervision of an adult. Never leave a child alone with the nebulizer.

After-sales service

1.Please contact our after-sales service department to obtain warranty service.

2. If necessary, you can contact the： support@amtok1.com

Others please refer to the user manual

Symbol description & Electromagnetic compatibility

1. Signsandsymbols

 Refer to instruction manual/ booklet NOTE On ME EQUIPMENT	 Separate collection for electrical and electronic equipment	 CE identification+ notified body number
 General imperative	 ON/OFF Switch	 keep away from sunlight
IP22 Waterproof Grade	 Fragile	 keep dry
 The application part of Type BF	 Note, Warning refer to enclosed file	 Cause for electric shock.
 Precautions	MD Medical Device	 Manufacturer
LOT Batch code	EC REP Authorized representative in the European Community	 Charging Interface

2.EMC Declarations

●Mesh-S600C Portable Mesh Nebu dizer meet the requirement of electromagnetic | compatibility in IEC 60601-1-6.

●The user needs to install and use according to electromagnetism compatibility information which is attached with it.

●Portable and mobile RF communication device and some household appliances, such as mobile, interphone, microwave oven, dry blower, | may influence nebulizer performance, so nebulizer should be kept away from them during using.

●Guidance and manufacture's declaration stated in the appendix.

1 EMC information.

With the increased number of electronic devices such as PC's and mobile (cellular) telephones, medical devices in use may be susceptible to electromagnetic interference from other devices. Electromagnetic interference may result in incorrect operation of the medical device and create a potentially unsafe situation.

Medical devices should also not interfere with other devices.

In order to regulate the requirements for EMC (Electro Magnetic Compatibility) with the aim to prevent unsafe product situations, the IEC 60601-1-6standard has been implemented. This standard defines the levels of immunity to electromagnetic interferences as well as maximum levels of electromagnetic emissions for medical devices.

Medical devices manufactured by FEELLIFE HEALTH INC. conform to this IEC 60601-1-6 standard for both immunity and emissions.

Nevertheless, special precautions need to be observed

Product List Details

1x USB nebulizer

1x USB cable

2x Face masks

1x Mouthpieces

1x User manual

1x Carrying bag

Technical specifications

Mains connection: 100-240V, 50-60Hz, 0.15A

Input: 5V/1A

Atomized particles: ≤5Wm

Medication flow rate: approx 0.2ml/min.

Noise: ≤30dB(A)

Volume: max.10ml

Product weight: 100g+5%(not including accessories)

Size: 118mm(height), 39.5 mm (diameter)

Housing material: ABS

Operating conditions: Temperature: +5°C ~ +40°C

Relative humidity: 15%~93%

Storage and transport conditions: temperature: -10°C~+45°C

Manufacturer Information

Dongguan Aidisy Machinery &Electronic Equipment Co., Ltd.

Part B, 30 F, Block A, Wentang Industrial Park, Longhua Road, Zhouwu,Dongcheng District, Dongguan City, Guangdong Province, 523118, P.R. China

Tel:+49 1627291963

Email: sp@aidisy.net

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807
Munich, Germany
DIMID:DE-AR-000000087

Bedienungsanleitung für

MD

Portable Mesh Vernebler

Modell:Mesh-S600C



Inhalt

1.Katalog----------9

2.Product Einführung und wichtige Sicherheitsvorkehrungen------10

3.Description von Gerät und Zubehör----------11

4.Anleitung und Einführung der Aufladung----------12

5.Reinigung, Wartung und Fehlerbehebung----------13

6.Description des Kundendienst und der Symbole----------14

7.Details zur Produktliste----------15

8.Produktkonfiguration und Herstellerinformationen----------16

Produkteinführung

Dieses Gerät verwendet eine hochmoderne mikroporöse Ultraschallzerstäubungsnetztechnologie, die flüssige Medikamente in Aerosol-/Dampfform sprüht und sie direkt an den Patienten zur Inhalation abgibt. Sowohl erwachsene als auch pädiatrische Patienten leiden an Asthma, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD) wie Emphysem und chronischer Bronchitis oder anderen Atemwegserkrankungen, die durch eine Behinderung des Luftstroms gekennzeichnet sind, oder/und Patienten, die beatmet oder nicht beatmet werden oder eine andere Überdruckatmung haben Hilfe.

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Nur reine lösliche Flüssigkeit. Bitte verwenden Sie kein gereinigtes Wasser, Öl, Milch oder dicke Flüssigkeiten. Das Zerstäubungsvolumen variiert mit der Konzentration der Flüssigkeit.

2. Reinigen Sie die Gitterplatte nach jedem Gebrauch, um Verstopfungen zu vermeiden. Hinweis: Berühren Sie das Netz nicht mit der Hand, Bürsten oder anderen harten Gegenständen.

3. Spülen Sie den Vernebler nicht ab und tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeiten ein. Auf oder in den Vernebler verschüttete Flüssigkeiten sollten vor dem Betrieb trocknen.

4. Stellen Sie den Vernebler nicht auf eine erhitzte Oberfläche.

5. Schalten Sie den Vernebler nicht ein, wenn der Medikamentenbehälter keine Flüssigkeit enthält.

Beschreibung von Gerät und Zubehör



Strukturdiagramm

So öffnen Sie das Medizinbecher-Modul



Gebrauchsanweisungen

1. Drei Zerstäubungsmodi: stark, mittel und schwach. Wählen Sie die Modi, indem Sie die Ein-/Aus-Taste drücken.

2. LED-Leuchtanzeige. Das Licht wird gelb, wenn der Zerstäuber lädt; es wird blau, wenn es aufgeladen ist und bereit ist zu zerstäuben; Es wird abwechselnd grün und rot, wenn es sich um eine automatische Reinigung handelt.

3. Automatische Reinigung. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang, um die automatische Reinigung zu starten.

4. 20 Minuten zeitgesteuertes Herunterfahren.

5. Eingebaute Lithiumbatterie.

Verwendungszweck

1. Vorbereitung des Verneblers

2. Aus hygienischen Gründen ist es zwingend erforderlich, dass der Vernebler und das Zubehör nach jedem Gebrauch gereinigt und desinfiziert werden.

3. Wenn die Therapie erfordert, dass verschiedene Medikamente nacheinander inhaliert werden, stellen Sie sicher, dass das Medikamentenbechermodul nach jeder Anwendung gespült wird.

Verwendung des Verneblers

1. Öffnen Sie den Medikamentenbehälter und füllen Sie den Medikamentenbehälter mit einer isotonischen Kochsalzlösung oder einem Medikament. Überfüllen Sie ihn nicht. Die maximal empfohlene Füllmenge beträgt 10ml. Schließen Sie dann den Deckel des Medikamentenbehälters.

2. Bringen Sie andere Teile wie das Mundstück und die Maske je nach Bedarf am Vernebler an.

3. Mundstück verwenden: Platzieren Sie das Gerät auf Ihrem Monat und schließen Sie Ihre Lippen fest um das Mundstück.

4. Maske verwenden: Legen Sie sie über Nase und Mund.

5. Drücken Sie auf die EIN/AUS-Taste, um Ihren bevorzugten Arbeitsmodus auszuwählen. Zum Beispiel benötigen 5 ml Medizin im starken Arbeitsmodus etwa 15 Minuten, im mittleren Arbeitsmodus etwa 20 Minuten und im schwachen Modus etwa 30 Minuten.

6. Starten Sie das Gerät mit der ON/OFF-Taste.

7. Der aus dem Gerät kommende Sprühnebel und das leuchtende blaue Licht zeigen, dass das Gerät einwandfrei funktioniert.

8. Drücken Sie die EIN/AUS-Taste erneut, wenn sich der Vernebler nach 20 Minuten automatisch ausschaltet.

Einführung in das Laden

1. Es ist über ein USB-Kabel wiederaufladbar.

2. Wenn das Gerät angeschlossen ist, leuchtet das gelbe Licht weiter und wird grün, nachdem das Gerät vollständig aufgeladen ist.

3. Das Gerät kann nach vollständiger Aufladung etwa 80 Minuten lang verwendet werden.

Reinigung und Instandhaltung

1. Zubehör: Entfernen Sie das Mundstück und alle Zubehörteile vom Vernebler, desinfizieren Sie sie mit medizinischem Alkohol oder weichen Sie sie ein.

2. Vernebler: Geben Sie 6 ml sauberes Wasser in den Medikamentenbehälter und schalten Sie das Gerät ein, um es zu starten

"Automatische Reinigung", Entfernen von Medikamentenrückständen von der Siebplatte.

3.Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen, trockenen und sauberen Tuch.

4. Setzen Sie die Gitterplattenabdeckung nach der vollständigen Reinigung wieder auf das Gerät, lagern Sie alle Teile an einem trockenen und kühlen Ort.

5. Laden Sie das Gerät alle zwei Monate auf, um eine längere Akkulaufzeit zu gewährleisten

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache/Abhilfe
Der Vernebler produziert wenig oder kein Aerosol	1. Unzureichende Medizin im Vernebler. 2. Der Vernebler wird nicht aufrecht gehalten. 3. Das verwendete Medikament ist zum Spritzen ungeeignet (z. B. zu dick, Viskosität muss kleiner als 3 sein) 4. Die Innentemperatur ist zu niedrig. 3-6 ml heißes Wasser (über 80°) einfüllen, dann komplett vernebeln, Spray nicht einatmen.
Die Leistung ist zu niedrig	1. Strommangel. Laden Sie es auf. 2. Im Medikamentenbehälter befinden sich Luftblasen, die verhindern, dass das Medikament ständig mit der Siebplatte in Kontakt kommt. Bitte prüfen und eventuelle Luftblasen entfernen. 3. Partikel auf dem Sieb behindern die Ausgabe. Um die Partikel zu entfernen, füllen Sie den Vernebler mit 2 bis 3 Tropfen Essig und 3 bis 6 ml Wasser und vernebeln Sie diese Lösung dann vollständig. Atmen Sie dieses Spray nicht ein und stellen Sie sicher, dass Sie den Medikamentenbehälter anschließend reinigen und desinfizieren. 4. Siebplatte ist abgenutzt.

Welche Medikamente eignen sich zur Inhalation?	Nur der Arzt kann Ihnen sagen, welches Arzneimittel Sie für Ihre Erkrankung anwenden sollen. Konsultieren Sie Ihren Arzt. Mit dem Mesh-Vernebler können Sie Medikamente mit einer Viskosität kleiner als 3 zerstäuben.
Etwas Inhalationslösung verbleibt im Vernebler	Dies ist normal und technisch bedingt. Beenden Sie die Inhalation, sobald Sie ein anderes Geräusch vom Vernebler hören oder wenn sich das Gerät aufgrund von zu wenig Inhalat automatisch abschaltet.
Welche besonderen Schritte sollten für Babys oder Kinder unternommen werden?	1. Für Babys sollte die Maske Mund und Nase bedecken, um eine effektive Inhalation zu gewährleisten. 2. Bei Kindern sollte die Maske auch Mund und Nase bedecken. Hinweis: Kinder sollten das Gerät nur mit Hilfe und unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Lassen Sie niemals ein Kind mit dem Vernebler allein.

Kundendienst

1.Please kontaktieren Sie unsere Kundendienst-Abteilung, um Garantie zu erhalten Service.

2. Bei Bedarf können Sie Kontakt aufnehmen mit: support@amtok1.com

Andere entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung

Symbolbeschreibung:Elektromagnetische Verträglichkeit

1. Zeichen und Symbol

 Refer to instruction manual/ booklet NOTE On ME EQUIPMENT	 Separate collection for electrical and electronic equipment	 CE identification+ notified body number
 General imperative	 ON/OFF Switch	 keep away from sunlight
IP22 Waterproof Grade	 Fragile	 keep dry
 The application part of Type BF	 Note, Warning refer to enclosed file	 Cause for electric shock.
 Precautions	 Medical Device	 Manufacturer
 Batch code	 Authorized representative in the European Community	 Charging Interface

2.EMV-Erklärungen

● Mesh-S600C Portable Mesh Nebu Dizer erfüllen die Anforderung der elektromagnetischen | Kompatibilität in IEC 60601-1-6.

● Der Benutzer muss entsprechend Elektromagnetismus installieren und verwenden Kompatibilitätsinformationen, die ihm beigefügt sind.

● Tragbares und mobiles HF-Kommunikationsgerät und einige Haushalte Geräte, wie mobil, Interphone, Mikrowelle, trockenes Gebläse, | kann die Leistung des Verneblers beeinflussen, daher sollte der Vernebler ferngehalten werden von ihnen während der Verwendung.

● Leitlinien und Herstellererklärungen im Anhang.

1 EMV-Informationen.

Mit der erhöhten Anzahl von elektronischen Geräten wie PC's und Mobiltelefone (Mobiltelefone), medizinische Geräte in Gebrauch können anfällig sein gegen elektromagnetische Störungen anderer Geräte. Elektromagnetisch Störungen können zu einer fehlerhaften Bedienung des Medizinproduktes führen und eine potenziell unsichere Situation schaffen.

Medizinische Geräte sollten auch nicht mit anderen Geräten stören.

Zur Regulierung der Anforderungen an EMV (Electro Magnetic) Kompatibilität) mit dem Ziel, unsichere Produktsituationen zu verhindern, die IEC 60601-1-6Standard wurde implementiert. Diese Norm definiert die Grad der Immunität gegen elektromagnetische Störungen sowie maximale die elektromagnetischen Emissionen von Medizinprodukten.

Medizinprodukte, die von FEELLIFE HEALTH INC. hergestellt werden, entsprechen Diese IEC 60601-1-6 Norm für Immunität und Emissionen.

Dennoch sind besondere Vorsichtsmaßnahmen zu beachten

Details zur Produktliste

1x USB-Vernebler
1x USB-Kabel
2x Gesichtsmasken
1x Mundstücke
1x Bedienungsanleitung
1x Tragetasche

Technische Spezifikationen

Netzanschluss: 100-240V, 50-60Hz, 0,15A
Eingang: 5V/1A
Zerstäubte Partikel: ≤5Wm
Medikamentendurchfluss: ca. 0,2 ml/min.
Rauschen: ≤30dB(A)
Volumen: max. 10 ml
Produktgewicht: 100 g + 5 % (ohne Zubehör)
Größe: 118 mm (Höhe), 39,5 mm (Durchmesser)
Gehäusematerial: ABS
Betriebsbedingungen: Temperatur: +5 °C ~ +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % ~ 93 %
Lager- und Transportbedingungen: Temperatur: -10°C~+45°C

Herstellerinformationen

Dongguan Aidisy Machinery &Electronic Equipment Co., Ltd.
Teil B, 30 F, Block A, Wentang Industriepark,
Longhua Straße, Zhouwu, Dongcheng Bezirk,
Dongguan Stadt, Provinz Guangdong,
523118, P.R. China
Tel:+49 1627291963
Email: sp@aidisy.net

CE

EC REP

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807Munich, Germany

DIMID:DE-AR-000000087

Manuale utente per MD

Nebulizzatore a maglia portatile

Modello n.:Mesh-S600C



Contenuto

1. catalogo----------17
2.Introduzione del prodotto e precauzioni importanti di sicurezza--18
3.Description del dispositivo e degli accessori----------18~19
4.Istruzioni d'uso----------19
5. Istruzioni di ricarica e manutenzione di pulizia----------20
6.Risoluzione dei problemi----------21
7.Description del servizio post-vendita e dei simboli----------22
8.Product List Details----------23
9.Configurazione del prodotto e informazioni del produttore-----24

Introduzione del prodotto

Questo dispositivo utilizza una tecnologia all'avanguardia della rete di nebulizzazione ultrasonica microporosa che spruzza il farmaco liquido in forma di aerosol/vapore e lo eroga direttamente al paziente per l'inalazione. Sia i pazienti adulti che quelli pediatrici soffrono di asma, broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) come enfisema e bronchite cronica o altre malattie respiratorie caratterizzate da ostruzione del flusso d'aria o/e pazienti che attivano e disattivano la ventilazione o altra respirazione a pressione positiva assistenza.

Note di sicurezza importanti

1. Solo liquido solubile puro. Si prega di non utilizzare acqua purificata, olio, latte o liquidi densi. Il volume di nebulizzazione varia con la concentrazione del liquido.

2. Pulire la piastra a rete dopo ogni utilizzo per evitare il blocco. Nota: non toccare la rete con la mano, spazzole o oggetti duri.

3. Non risciacquare o immergere il nebulizzatore in alcun liquido. Qualsiasi liquido versato sopra o all'interno del nebulizzatore deve essere lasciato asciugare prima dell'uso.

4. Non posizionare il nebulizzatore su una superficie riscaldata.

5. Non accendere il nebulizzatore quando il contenitore del medicinale non ha liquido.

Descrizione del dispositivo e degli accessori



Schema della struttura

Come aprire il modulo della tazza della medicina



Istruzioni per l'uso

1. Tre modalità di atomizzazione: forte, media e debole. Scegli le modalità premendo il pulsante on/off.

indicatore luminoso

2. LED. La luce diventa gialla quando l'atomizzatore è in carica; diventa blu quando completa la carica ed è pronto per atomizzare; diventa verde e rosso alternativamente durante la pulizia automatica.

3. Pulizia automatica. Premere il pulsante on/off per 5 secondi per avviare la pulizia automatica.

4. Spegnimento temporizzato per 20 minuti.

5. Batteria al litio incorporata.

Utilizzo

1. Preparazione del nebulizzatore

2. Per motivi igienici, è imperativo che il nebulizzatore e gli accessori vengano puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo.

3. Se la terapia richiede l'inalazione in successione di diversi medicinali, assicurarsi che il modulo della vaschetta del medicinale venga risciacquato dopo ogniutilizzo.

Utilizzo del nebulizzatore

1. Aprire il contenitore del medicinale e riempirlo con una soluzione salina isotonica o un medicinale. Non riempire eccessivamente. La quantità di riempimento massima consigliata è di 10 ml. Quindi chiudere il coperchio del contenitore del medicinale.

2. Collegare altre parti come il boccaglio e la maschera al nebulizzatore in base alle proprie esigenze.

3. Usa il boccaglio: posiziona il dispositivo sul tuo mese e chiudi saldamente le labbra attorno al boccaglio.

4. Usa la maschera: posizionala sul naso e sulla bocca.

5.Premere il pulsante ON/OFF per scegliere la modalità di lavoro preferita. Ad esempio, 5 ml di medicinale impiegheranno circa 15 minuti con la modalità di lavoro forte, circa 20 minuti con la modalità di lavoro media e circa 30 minuti con la modalità debole.

6. Avviare il dispositivo utilizzando il pulsante ON/OFF.

7. La nebbia spray proveniente dal dispositivo e la luce blu illuminata indicano che il dispositivo funziona perfettamente.

8. Premere nuovamente il pulsante ON/OFF se il nebulizzatore si spegne automaticamente dopo 20 minuti di utilizzo.

Einführung in das Laden

1. È ricaricabile tramite cavo USB.

2. Quando è collegato, la luce gialla rimarrà accesa, diventerà verde dopo che il dispositivo è completamente carico.

3. Il dispositivo può essere utilizzato per circa 80 minuti dopo la ricarica completa.

Pulizia e manutenzione

1. Accessori: rimuovere il boccaglio e tutti gli accessori dal nebulizzatore, disinfettarli con alcool medico o immergerli.

2. Nebulizzatore: aggiungere 6 ml di acqua pulita al contenitore del medicinale e accendere il dispositivo per iniziare

"pulizia automatica", rimuovendo eventuali residui di medicinale dalla piastra in rete.

2. Pulire la macchina con un panno morbido, asciutto e pulito.

4. Riposizionare il coperchio della piastra a rete sul dispositivo dopo la pulizia completa, conservare tutte le parti in un luogo fresco e asciutto.

5. Ricaricare il dispositivo ogni due mesi per garantire una maggiore durata della batteria.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa/rimedio
Il nebulizzatore produce poco o nessun aerosol	1. Medicinale insufficiente nel nebulizzatore. 2. Il nebulizzatore non è tenuto in posizione verticale. 3. Il medicinale utilizzato non è adatto alla sterilizzazione (ad es. troppo denso, la viscosità deve essere inferiore a 3) 4. La temperatura interna è troppo bassa. Versare 3-6 ml di acqua calda (sopra gli 80°), quindi nebulizzarla completamente, non inalare questo spray.
L'uscita è troppo bassa	1. Mancanza di energia. Ricaricalo. 2. All'interno del contenitore del medicinale sono presenti bolle d'aria che impediscono al medicinale di entrare in contatto continuo con la piastra a rete. Si prega di controllare e rimuovere eventuali bolle d'aria. 3. Le particelle sulla rete impediscono l'uscita. Per rimuovere le particelle, riempire il nebulizzatore con 2-3 gocce di aceto e 3-6 ml di acqua, quindi nebulizzare completamente questa soluzione. Non inalare questo spray e assicurarsi di pulire e disinfettare successivamente il contenitore del medicinale. 4. La piastra della rete è usurata.

Quali farmaci sono adatti per l'inalazione?	Solo il medico può consigliarti quale medicinale usare per la tua condizione. Consulta il tuo medico. Con il nebulizzatore mesh è possibile nebulizzare medicinali con viscosità inferiore a 3.
Una parte della soluzione per inalazione rimane nel nebulizzatore.	Questo è normale e si verifica per motivi tecnici. Interrompere l'inalazione non appena si avverte un suono diverso dal nebulizzatore o quando il dispositivo si spegne automaticamente a causa di inalazione insufficiente
Quali misure speciali dovrebbero essere prese per neonati o bambini?	1. Per il bambino, la maschera dovrebbe coprire la bocca e il naso per garantire un'inalazione efficace. 2. Per i bambini, la maschera dovrebbe coprire anche la bocca e il naso. Nota: i bambini devono utilizzare il dispositivo solo con l'aiuto e sotto la supervisione di un adulto. Non lasciare mai un bambino da solo con il nebulizzatore.

Servizio post vendita

1. Please contattare il nostro servizio post-vendita per ottenere la garanzia servizio.

2. Se necessario, è possibile contattare: support@amtok1.com

Altri si prega di fare riferimento al manuale utente

Descrizione del simbolo e compatibilità elettromagnetica

1. Segni e simboli

 Refer to instruction manual/ booklet NOTE On ME EQUIPMENT	 Separate collection for electrical and electronic equipment	CE 1639 CE identification+ notified body number
 General imperative	 ON/OFF Switch	 keep away from sunlight
IP22 Waterproof Grade	 Fragile	 keep dry
 The application part of Type BF	 Note, Warning refer to enclosed file	 Cause for electric shock.
 Precautions	MD Medical Device	 Manufacturer
LOT Batch code	EC REP Authorized representative in the European Community	 Charging Interface

2.Dichiarazioni EMC

● Il dizer Nebu portatile Mesh-S600C soddisfa il requisito di elettromagnetico
| compatibilità secondo IEC 60601-1-6.

● L'utente deve installare e utilizzare secondo l'elettromagnetismo
informazioni sulla compatibilità allegate.

● Dispositivo portatile e mobile di comunicazione RF e qualche famiglia
elettrodomestici, quali mobile, interfono, forno a microonde, ventilatore a secco,
| può influenzare le prestazioni del nebulizzatore, quindi il nebulizzatore deve essere tenuto lontano
da loro durante l'uso.

● Dichiarazione di orientamento e fabbricazione riportata in appendice.

1 Informazioni EMC.

Con l'aumento del numero di dispositivi elettronici come PC e
telefoni cellulari, dispositivi medici in uso possono essere suscettibili
alle interferenze elettromagnetiche di altri dispositivi. Elettromagnetico
l'interferenza può comportare un funzionamento scorretto del dispositivo medico e
creare una situazione potenzialmente pericolosa.
I dispositivi medici non dovrebbero interferire con altri dispositivi.
Al fine di regolare i requisiti per EMC (Electro Magnetic)
Compatibilità) con l'obiettivo di prevenire situazioni di prodotto non sicure, la
È stato implementato lo standard IEC 60601-1-6. Questa norma definisce la
livelli di immunità alle interferenze elettromagnetiche e massimo
livelli di emissioni elettromagnetiche per i dispositivi medici.
I dispositivi medici fabbricati da FEELLIFE HEALTH INC. sono conformi a
Questa norma IEC 60601-1-6 sia per l'immunità che per le emissioni.
Tuttavia, devono essere osservate precauzioni particolari

Dettagli dell'elenco dei prodotti

1 nebulizzatore USB
1 cavo USB
2 mascherine per il viso
1x bocchini
1x manuale utente
1x borsa per il trasporto

Specifiche tecniche

Collegamento alla rete: 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A
Ingresso: 5V/1A
Particelle atomizzate: ⩽5Wm
Flusso del farmaco: circa 0,2 ml/min.
Rumore: ⩽30dB(A)
Volume: massimo 10 ml
Peso del prodotto: 100 g + 5% (accessori esclusi)
Dimensioni: 118 mm (altezza), 39,5 mm (diametro)
Materiale della custodia: ABS
Condizioni operative: Temperatura:+5°C ~ +40°C
Umidità relativa: 15%~93%
Condizioni di stoccaggio e trasporto: temperatura:-10°C ~ +45°C

Informazioni sul produttore

Dongguan Aidisy Machinery &Electronic Equipment Co., Ltd.
Parte B, 30 F, blocco A, parco industriale di Wentang, strada di Longhua, Zhouwu, distretto di Dongcheng, città di Dongguan, provincia del Guangdong, 523118, P.R. Cina
Tel: +49 1627291963
Email: sp@aidisy.net

EC REP

MedPath GmbH
Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807Monaco di Baviera, Germania

DIMID:DE-AR-000000087

Manuel d'utilisateur

MD

portable Mesh Spray

Modèle: Mesh - S600C



Ce qui est contenu

1. Table des matières----------25
2. Introduction du produit et considérations de sécurité importantes26
3. Description de l'équipement et des accessoires----------26~27
4. Instructions d'utilisation----------27
5. Instructions de charge et entretien de nettoyage----------28
6. Dépannage----------29
7. Description et symbole du service après - vente----------30
8. Détails de la liste des produits----------31
9. Configuration du produit et informations du fabricant---------32

Présentation du produit

Cet appareil utilise une technologie de maille d'atomisation ultrasonique microporeuse de pointe qui pulvérise le médicament liquide sous forme d'aérosol/de vapeur et le délivre directement au patient pour inhalation. Les patients adultes et pédiatriques souffrent d'asthme, de maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) telle que l'emphysème et la bronchite chronique, ou d'autres maladies respiratoires caractérisées par une obstruction du flux d'air ou/et des patients sous ventilation ou autre respiration à pression positive assistance.

Considérations de sécurité importantes

1. Liquide soluble pur uniquement. Veuillez ne pas utiliser d'eau purifiée, d'huile, de lait ou de liquide épais. Le volume d'atomisation varie en fonction de la concentration du liquide.

2. Nettoyez la plaque en maille après chaque utilisation pour éviter tout blocage.
Remarque : ne touchez pas le maillage avec votre main, des brosses ou des objets durs.

3. Ne rincez pas et ne plongez pas le nébuliseur dans un liquide. Tout liquide renversé sur ou à l'intérieur du nébuliseur doit sécher avant de l'utiliser.

4. Ne placez pas le nébuliseur sur une surface chauffée.

5. N'allumez pas le nébuliseur lorsque le récipient à médicament ne contient pas de liquide.

Description de l'appareil et des accessoires



Schéma de structure

Comment ouvrir le module gobelet à médicaments



Instructions d'utilisation

1. Trois modes d'atomisation : fort, moyen et faible. Choisissez les modes en appuyant sur le bouton marche/arrêt.

2. Indicateur lumineux LED. Le voyant devient jaune lorsque l'atomiseur est en charge ; il devient bleu lorsqu'il est chargé et prêt à atomiser ; il devient vert et rouge alternativement lorsqu'il s'agit d'un nettoyage automatique.

3. Nettoyage automatique. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pendant 5 secondes pour démarrer le nettoyage automatique.

4. Arrêt temporisé de 20 minutes.

5. Batterie au lithium intégrée.

Usage

1.Préparation du nébuliseur

2.Pour des raisons d'hygiène, il est impératif que le nébuliseur et les accessoires soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation.

3. Si la thérapie nécessite l'inhalation successive de plusieurs médicaments différents, assurez-vous que le module du gobelet à médicaments est rincé après chaque utilisation.

Utilisation du nébuliseur

1. Ouvrez le récipient à médicaments et remplissez-le avec une solution saline isotonique ou un médicament. Ne remplissez pas trop. La quantité de remplissage maximale recommandée est de 10 ml. Fermez ensuite le couvercle du récipient à médicaments.

2. Fixez d'autres pièces telles que l'embout buccal et le masque au nébuliseur en fonction de vos besoins.

3. Utilisez l'embout buccal : placez l'appareil sur votre mois et fermez fermement vos lèvres autour de l'embout buccal.

4. Utilisez un masque : placez-le sur votre nez et votre bouche.

5. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour choisir votre mode de travail préféré. Par exemple, 5 ml de médicament prendront environ 15 minutes en mode de travail fort, environ 20 minutes en mode de travail moyen et environ 30 minutes en mode faible.

6. Démarrez l'appareil à l'aide du bouton ON/OFF.

7. Le brouillard de pulvérisation provenant de l'appareil et la lumière bleue allumée indiquent que l'appareil fonctionne parfaitement.

8. Appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF si le nébuliseur s'éteint automatiquement après 20 minutes d'utilisation.

Introduction à la charge

1. Il est rechargeable via un câble USB.

2. Lorsqu'il est branché, le voyant jaune reste allumé, il devient vert une fois l'appareil complètement chargé.

3. L'appareil peut être utilisé pendant environ 80 minutes après une charge complète.

Nettoyage et entretien

1. Accessoires: retirez l'embout buccal et tous les accessoires du nébuliseur, désinfectez-les à l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool médical ou d'un trempage.

2. Nébuliseur : ajoutez 6 ml d'eau propre au récipient à médicaments et allumez l'appareil pour démarrer

"nettoyage automatique", éliminant tout résidu de médicament de la plaque à mailles.

3. Nettoyez la machine avec une serviette douce, sèche et propre.

4. Remettez le couvercle de la plaque en maille sur l'appareil après un nettoyage complet, rangez toutes les pièces dans un endroit sec et frais.

5. Rechargez l'appareil tous les deux mois pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Dépannage

Problème	Cause possible/Remède
Le nébuliseur produit peu ou pas d'aérosol	1. Médicament insuffisant dans le nébuliseur. 2. Le nébuliseur n'est pas tenu en position verticale. 3. Le médicament utilisé ne convient pas à la stérilisation (par exemple, trop épais, la viscosité doit être inférieure à 3) 4. La température intérieure est trop basse. Remplir 3-6 ml d'eau chaude (au-dessus de 80°), puis nébuliser complètement, ne pas inhaler ce spray.
La sortie est trop faible	1. Pénurie d'alimentation. Rechargez-le. 2. Il y a des bulles d'air à l'intérieur du récipient de médicament qui empêchent le médicament d'entrer en contact continu avec la plaque en maille. Veuillez vérifier et éliminer les bulles d'air. 3. Les particules sur le maillage entravent la sortie. Pour éliminer les particules, remplissez le nébuliseur avec 2 à 3 gouttes de vinaigre et 3 à 6 ml d'eau, puis nébulisez complètement cette solution. N'inhalez pas ce spray et assurez-vous de nettoyer et de désinfecter le récipient du médicament par la suite. 4. La plaque en maille est usée.

Quels médicaments conviennent à l'inhalation?	Seul le médecin peut vous conseiller sur le médicament à utiliser pour votre état. Consultez votre médecin. Avec le nébuliseur à mailles, vous pouvez atomiser des médicaments avec une viscosité inférieure à 3.
Une partie de la solution d'inhalation reste dans le nébuliseur.	Ceci est normal et se produit pour des raisons techniques. Arrêtez d'inhaler dès que vous entendez un son différent du nébuliseur ou lorsque l'appareil s'éteint automatiquement en raison d'une inhalation insuffisante.
Quelles mesures particulières faut-il prendre pour les bébés ou les enfants ?	1. Pour bébé, le masque doit couvrir la bouche et le nez pour garantir une inhalation efficace. 2. Pour les enfants, le masque doit également couvrir la bouche et le nez. Remarque : Les enfants ne doivent utiliser l'appareil qu'avec l'aide et sous la surveillance d'un adulte. Ne laissez jamais un enfant seul avec le nébuliseur.

Service après - vente

1. Veuillez contacter notre service après - vente pour obtenir la garantie Services

2. Si nécessaire, vous pouvez contacter: support@amtok1.com

Autres consulter le manuel de l'utilisateur

Description des symboles et compatibilité électromagnétique

1. Signes et symboles

Refer to instruction manual/ booklet NOTE On ME EQUIPMENT	Separate collection for electrical and electronic equipment	CE 1639 CE identification+ notified body number
General imperative	ON/OFF Switch	keep away from sunlight
IP22 Waterproof Grade	Fragile	keep dry
The application part of Type BF	Note, Warning refer to enclosed file	Cause for electric shock.
Precautions	MD Medical Device	Manufacturer
LOT Batch code	EC REP Authorized representative in the European Community	Charging Interface

2. Déclaration EMC

● Mesh - s600c portable Mesh nebul dizer répond aux exigences électromagnétiques

| compatibilité dans IEC 60601 - 1 - 6.

● L'utilisateur doit installer et utiliser selon l'électromagnétisme

Informations de compatibilité incluses.

● Appareils de communication RF portables et mobiles et certains appareils ménagers

Appareils ménagers tels que téléphones portables, interphones, micro - ondes, sèche - cheveux,

| peut affecter les performances du pulvérisateur, donc le pulvérisateur doit rester à l'écart

Retirer d'eux pendant l'utilisation.

● Les lignes directrices et la Déclaration du fabricant figurant à l'annexe.

1 EMC Information.

Avec le PC et Téléphones mobiles (cellulaires), dispositifs médicaux en usage peuvent être vulnérables

Soumis à des interférences électromagnétiques provenant d'autres appareils. Électromagnétique

L'interférence peut entraîner un mauvais fonctionnement du dispositif médical et

Crée une situation potentiellement dangereuse.

Les appareils médicaux ne doivent pas non plus interférer avec d'autres appareils.

Pour la spécification EMC (Electromagnetic

Compatibilité) pour éviter les situations de produits dangereux

La norme IEC 60601 - 1 - 6 a été mise en œuvre. Cette norme définit

Immunité aux perturbations électromagnétiques et immunité maximale

Niveau de rayonnement électromagnétique des dispositifs médicaux.

Les dispositifs médicaux fabriqués par feellife Health Inc. Sont conformes

Immunité et émission selon la présente norme IEC 60601 - 1 - 6.

Néanmoins, des précautions particulières doivent être observées

Détails de la liste des produits

1x nébuliseur USB

1x câble USB

2x Masques faciaux

1x embouchures

1x manuel d'utilisation

1x sac de transport

Spécifications techniques

Connexion secteur : 100-240 V, 50-60 Hz, 0,15 A

Entrée : 5 V/1 A

Particules atomisées : ≤5Wm

Débit de médicament : environ 0,2 ml/min.

Bruit : ≤30dB(A)

Volume : 10 ml maximum

Poids du produit : 100 g + 5 % (accessoires non compris)

Taille : 118 mm (hauteur), 39,5 mm (diamètre)

Matériau du boîtier : ABS

Conditions de fonctionnement : Température : +5°C ~ +40°C

Humidité relative : 15 % ~ 93 %

Conditions de stockage et de transport : température : -10 °C~+45 °C

Informations sur le fabricant

Dongguan aidisi Équipement électromécanique Co., Ltd.
Partie B, 30e étage, bloc a, parc industriel de wentang, route de Longhua, zhouya, secteur de Dongguan, Province du Guangdong 523118, République populaire de Chine
Téléphone: + 49 1627291963
Email: sp@aidisy.net

CE EC REP

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807Munich, Allemagne

DIMID:DE-AR-000000087

Manual del usuario del pulverizador de malla portátil

MD

Modelo: Mesh - S600C



Lo que contiene

1. catálogo----------33
2. introducción del producto y precauciones importantes de Seguridad----------34
3. descripción del equipo y los accesorios----------34~35
4. instrucciones de uso----------35
5. instrucciones de carga y limpieza y mantenimiento----------36
6. solución de problemas----------37
7. instrucciones y símbolos del servicio post - venta----------38
8. detalles de la lista de productos----------39
9.configuración del producto e información del fabricante------40

Introducción del producto

Este dispositivo utiliza tecnología de malla de atomización ultrasónica microporosa de última generación que rocía medicamento líquido en forma de aerosol/vapor y lo administra directamente al paciente para que lo inhale. Tanto los pacientes adultos como los pediátricos sufren de asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), como enfisema y bronquitis crónica, u otras enfermedades respiratorias que se caracterizan por la obstrucción del flujo de aire y/o pacientes que están conectados y desconectados de la ventilación u otras formas de respiración con presión positiva. asistencia.

Precauciones importantes de Seguridad

1. Solo líquido soluble puro. No use agua purificada, aceite, leche o líquido espeso. El volumen de atomización varía según la concentración del líquido.

2. Limpia la placa de malla después de cada uso para evitar obstrucciones. Nota: No toque la malla con la mano, cepillos ni ningún objeto duro.

3. No enjuague ni sumerja el nebulizador en ningún líquido. Cualquier líquido derramado sobre o dentro del nebulizador debe secarse antes de operarlo.

4. No coloque el nebulizador sobre una superficie caliente.

5. No encienda el nebulizador cuando el recipiente del medicamento no tenga líquido.

Descripción del dispositivo y accesorios



Diagrama de estructura

Cómo abrir el módulo de la taza de medicamentos



Instrucciones de uso

1. Tres modos de atomización: fuerte, medio y débil. Elija los modos presionando el botón de encendido/apagado.

2. Indicador de luz LED. La luz se vuelve amarilla cuando el atomizador se está cargando; se vuelve azul cuando completa la carga y está listo para atomizar; se vuelve verde y rojo alternativamente cuando es limpieza automática.

3. Limpieza automática. Pulse el botón de encendido/apagado durante 5 segundos para iniciar la limpieza automática.

4. Apagado temporizado de 20 minutos.

5. Batería de litio integrada.

Uso

1. Preparación del nebulizador

2. Por razones de higiene, es imperativo que el nebulizador y los accesorios se limpien y desinfecten después de cada uso.

3. Si la terapia requiere que se inhalen varios medicamentos diferentes en sucesión, asegúrese de enjuagar el módulo del recipiente para medicamentos después de cada uso.

Usando el nebulizador

1. Abra el recipiente del medicamento y llénelo con una solución salina isotónica o medicamento. No lo llene en exceso. La cantidad máxima de llenado recomendada es de 10 ml. Luego cierre la tapa del recipiente del medicamento.

2. Conecte otras partes como la boquilla y la máscara al nebulizador según sus necesidades.

3. Use la boquilla: coloque el dispositivo en su mes y cierre los labios firmemente alrededor de la boquilla.

4. Usa mascarilla: colócala sobre tu nariz y boca.

5. Pulse el botón ON/OFF para elegir su modo de trabajo favorito. Por ejemplo, 5 ml de medicamento tardarán unos 15 minutos en el modo de trabajo fuerte, unos 20 minutos en el modo de trabajo medio y unos 30 minutos en el modo débil.

6. Inicie el dispositivo usando el botón ON/OFF.

7. La niebla de rociado que sale del dispositivo y la luz azul iluminada muestran que el dispositivo funciona perfectamente.

8. Presione el botón ON/OFF nuevamente si el nebulizador se apaga automáticamente después de usar 20 minutos.

Introducción a la carga

1. Es recargable mediante cable USB.

2. Cuando esté enchufado, la luz amarilla permanecerá encendida, se volverá verde después de que el dispositivo esté completamente cargado.

3. El dispositivo se puede utilizar durante unos 80 minutos después de la carga completa.

Limpieza y mantenimiento

1. Accesorios: retire la boquilla y cualquier accesorio del nebulizador, desinféctelos con una toallita con alcohol médico o sumérjalos.

2. Nebulizador: agregue 6 ml de agua limpia al recipiente del medicamento y encienda el dispositivo para comenzar

"limpieza automática", eliminando cualquier residuo de medicamento de la placa de malla.

3. Limpia la máquina con una toalla suave, seca y limpia.

4. Vuelva a colocar la cubierta de la placa de malla en el dispositivo después de una limpieza completa, almacene todas las piezas en un lugar seco y fresco.

5. Recargue el dispositivo cada dos meses para garantizar una mayor duración de la batería.

Resolución de problemas

Problema	Posible causa/solución
El nebulizador produce poco o ningún aerosol	1. Medicamento insuficiente en el nebulizador. 2. El nebulizador no se sostiene en posición vertical. 3. El medicamento utilizado no es adecuado para la esterilización (por ejemplo, demasiado espeso, la viscosidad debe ser inferior a 3) 4. La temperatura interior es demasiado baja. Rellene 3-6 ml de agua caliente (por encima de 80°), luego nebulícelo completamente, no inhale este spray.
La salida es demasiado baja	1. Escasez de energía. recargarlo 2. Hay burbujas de aire dentro del recipiente del medicamento que impiden que el medicamento entre en contacto continuo con la placa de malla. Compruebe y elimine las burbujas de aire. 3. Las partículas en la malla impiden la salida. Para eliminar las partículas, llene el nebulizador con 2 a 3 gotas de vinagre y 3 a 6 ml de agua, luego nebulice esta solución por completo. No inhale este aerosol y asegúrese de limpiar y desinfectar el envase del medicamento después. 4. La placa de malla está desgastada.

Qué medicamentos son adecuados para la inhalación?	Solo el médico puede aconsejarle qué medicamento usar para su condición. Consulte a su médico. Con el nebulizador de malla, puede atomizar medicamentos con una viscosidad inferior a 3.
Queda algo de solución de inhalación en el nebulizador.	Esto es normal y ocurre por razones técnicas. Deje de inhalar tan pronto como pueda escuchar un sonido diferente del nebulizador, o cuando el dispositivo se apague automáticamente debido a una cantidad insuficiente de inhalante.
Qué medidas especiales se deben tomar para bebés o niños?	1. Para el bebé, la máscara debe cubrir la boca y la nariz para garantizar una inhalación efectiva. 2. Para los niños, la máscara también debe cubrir la boca y la nariz. Nota: Los niños solo deben usar el dispositivo con la ayuda y bajo la supervisión de un adulto. Nunca deje a un niño solo con el nebulizador.

Servicio postventa

1. Póngase en contacto con nuestro Departamento de servicio post - venta para obtener una garantíaServicios

2. si es necesario, puede ponerse en contacto con: support@amtok1.com

Otros consulte el Manual del usuario

Descripción simbólica y compatibilidad electromagnética

1. señales y símbolos

 Refer to instruction manual/ booklet NOTE On ME EQUIPMENT	 Separate collection for electrical and electronic equipment	CE 1639 CE identification+ notified body number
 General imperative	 ON/OFF Switch	 keep away from sunlight
IP22 Waterproof Grade	 Fragile	 keep dry
 The application part of Type BF	 Note, Warning refer to enclosed file	 Cause for electric shock.
 Precautions	MD Medical Device	 Manufacturer
LOT Batch code	EC REP Authorized representative in the European Community	 Charging Interface

2. Declaración de EMC

● Mesh - s600c portátil Mesh nebul dizer cumple con los requisitos electromagnéticos
Compatibilidad en IEC 60601 - 1 - 6.

● Los usuarios necesitan instalar y usar de acuerdo con el electromagnetismo
Información de compatibilidad adjunta.

● Dispositivos portátiles y móviles de comunicación por radiofrecuencia y algunos dispositivos domésticos
Electrodomésticos, como teléfonos móviles, walkie - talkies, microondas, secadores de pelo,
| puede afectar el rendimiento del pulverizador, por lo que el pulverizador debe mantenerse alejado
Quítese de ellos durante el uso.

● Directrices y declaraciones del fabricante especificadas en el apéndice.

1 Información emc.

Con PC y
Los teléfonos móviles (celulares), los dispositivos médicos en uso pueden ser vulnerables
Interferencia electromagnética de otros equipos. Electromagnetismo
La interferencia puede provocar un funcionamiento incorrecto del dispositivo médico, y
Crear una situación potencial de inseguridad.
El equipo médico tampoco debe interferir con otros equipos.
Para regular EMC (electromagnetismo)
Compatibilidad) para evitar situaciones de productos inseguros
Se ha implementado la norma IEC 60601 - 1 - 6. Esta norma define
Inmunidad a la interferencia electromagnética y máxima inmunidad
Nivel de radiación electromagnética de los equipos médicos.
Fellife Health Inc. los dispositivos médicos producidos cumplen con
Inmunidad y emisión de esta norma IEC 60601 - 1 - 6.
Sin embargo, aún deben respetarse precauciones especiales

Detalles de la lista de productos

1x nebulizador USB
1 cable USB
2x mascarillas
1x Boquillas
1 manual de usuario
1x bolsa de transporte

Especificaciones técnicas

Conexión a la red: 100-240V, 50-60Hz, 0,15A
Entrada: 5V/1A
Partículas atomizadas: ≤5Wm
Caudal de medicación: aprox. 0,2 ml/min.
Ruido: ≤30dB(A)
Volumen: máx.10ml
Peso del producto: 100 g + 5% (sin incluir accesorios)
Tamaño: 118 mm (alto), 39,5 mm (diámetro)
Material de la carcasa: ABS
Condiciones de funcionamiento: Temperatura:+5°C ~ +40°C
Humedad relativa: 15%~93%
Condiciones de almacenamiento y transporte: temperatura:-10°C~+45°C

Información del fabricante

Dongguan aidisi Équipement électromécanique Co., Ltd.
Partie B, 30e étage, bloc a, parc industriel de wentang, route de Longhua, zhouya, secteur de Dongguan, Province du Guangdong 523118, République populaire de Chine
Téléphone: + 49 1627291963
Email: sp@aidisy.net

CE EC REP

MedPath GmbH

Mies-van-der-Rohe-Strasse 8, 80807 Múnich, Alemania

DIMID:DE-AR-000000087